

արյան ընդհանուր քննության վերաբերյալ գրառումը բացակայում է՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 30ի N 924-Ա հրամանի պահանջը:

- 3) Ընկերության տնօրենի հրամանով չի նշանակվել բժշկական իրերի մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատու՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 23-րդ կետի պահանջը:
- 4) Արյունով և/կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված բժշկական իրերը օգտագործումից անմիջապես հետո չեն ենթարկվում մաքրման՝ օտար նյութերի՝ ներառյալ կենցաղային աղտոտվածության, փոշու, միկրոօրգանիզմների և օրգանական նյութերի հեռացման նպատակով, որն իրականացվում է ջրի, լվացող հեղուկի կամ ֆերմենտային նյութերի միջոցով՝ դրանց կից հրահանգներին համաձայն՝ խստորեն չի պահպանվում խտությունը, պահաժամը և ջերմաստիճանը՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 28-րդ կետի պահանջը:
- 5) Կլինիկական լաբորատորիայում բժշկական իրերի մաքրման վերաբերյալ գրանցումները չեն իրականացվում սահմանված կարգով հաստատված ձևաչափին համապատասխան գրանցամատյանում՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 31-րդ կետի պահանջը:
- 6) Բարձր մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական իրերը չեն լվացվում մանրէազերծ ջրով: Մանրէազերծ ջրի բացակայության դեպքում չեն լվացվում թորած կամ ֆիլտրված ջրով, այնուհետև չեն չորացվում մանրէազերծ սավանով, բացակայում են նշված բոլոր նյութերը՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 38-րդ կետի պահանջը:
- 7) Ախտահանումը չի իրականացվում այդ նպատակի համար նախատեսված բնական կամ արհեստական ներիոս-արտաձիգ օդափոխությամբ հատուկ սենքում՝

խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջը:

- 8) Չի պահպանվում բժշկական իրերի ախտահանման պահաժամը, որի մասին չեն կատարվում գրանցումներ գրանցամատյանում՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 39-րդ կետի 8-րդ ենթակետի պահանջը:
- 9) Բժշկական իրերի վազման համար օգտագործվող իրերը /խոզանակ և այլն/ պահվում են ախտահանիչ նյութում, դրանք չեն պահվում ախտահանելուց հետո չոր վիճակում՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 39-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջը:
- 10) Ախտահանող, մանրէազերծող նյութերի աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարողությունները մակնշված չեն՝ նյութի անվանման, խտության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի, պիտանելիության ժամկետի վերաբերյալ՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 42-րդ կետի պահանջը:
- 11) Բժշկական իրերի ախտահանման համար նախատեսված տարողությունների ծավալը և լուծույթի ծավալը չեն ապահովում դրանց լրիվ ընկղմումը լուծույթի մեջ՝ պահպանելով բժշկական իրերի վրա լուծույթի շերտի առնվազն 1 սմ հաստություն՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 43-րդ կետի պահանջը:
- 12) Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության համար չեն օգտագործվում զգայորոշիչներ (ինդիկատորներ)՝ համաձայն վերջիններիս կից հրահանգների՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 47-րդ, 48-րդ կետերի պահանջները:
- 13) Ախտահանման, նախամանրէազերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքների գրանցումները չեն իրականացվում սահմանված կարգով հաստատված ձևաչափին համապատասխան գրանցամատյանում՝ խախտելով ՀՀ



առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելվածի 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ կետերի պահանջները:

- 14) Ընկերության այն աշխատողները, որոնց աշխատանքային պարտականություններն առնչվում են բժշկական թափոնների գործածության հետ, մինչև իրենց աշխատանքային պարտականություններին անցնելը չեն անցել բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության պահանջների ուսուցում՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի պահանջը:
- 15) Ընկերության տնօրենը չի տրամադրել բժշկական թափոնների գործածությունը կարգավորող գործողությունների Ակտը համապատասխան աշխատողներին և չի կազմակերպել դրան վերաբերող դասընթացներ՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի հավելված 1-ի 15-րդ կետի պահանջը:
- 16) Ակտի կատարման ամենօրյա հսկողությունը չի իրականացվում կազմակերպության տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը (համաճարակաբան, գլխավոր բուժքույր, տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով կամ այլ)՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի հավելված 1-ի 16-րդ կետի պահանջը:
- 17) Բժշկական թափոնները չեն հավաքվում (տարանջատվում) և պահվում առանձին՝ ըստ տեսակների՝ բացառելով դրանց միմյանց խառնվելը՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի հավելված 1-ի 18-րդ կետի պահանջները:
- 18) Ընկերության լաբորատորիայում չեն պահպանվում վարակիչ թափոնների պահման համար սահմանված ժամանակահատվածները՝ խախտելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի հավելված 1-ի 35-րդ կետի պահանջը:
- 19) Կլինիկական լաբորատորիայում չի վարվում հատուկ մատյաններ բժշկական թափոնների գործածության Ծրագրով սահմանված ժամանակացույցի կատարման նպատակով բժշկական թափոնի գոյացման տեղում և ժամանակավոր պահման